MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-030	PS/PL/89303

PRODUCTO

Tubos de ventilación Flex:

- Juego de anestesia Flex, sin látex, referencia MP00303.
- Juego de anestesia Flex CHN, referencia MP04903.
- Vent Set Flex, referencia MP00305.

FINALIDAD PREVISTA

Circuito respiratorio para la conducción de gases respiratorios entre una máquina de anestesia o ventilador y un paciente adulto.

FABRICANTE

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Dräger Hispania, SAU, C/ Xaudaró, 5, 28034 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados tubos de ventilación Flex debido a que podrían tener partículas no detectables mediante inspección visual.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: V 8 N S K W C 7 7 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89