DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-037	PS/JMP/88249

PRODUCTOS
Palas externas Efficia (ref.: 989803196431), con fecha de fabricación anterior a agosto de 2022

FINALIDAD PREVISTA
Administrar tratamientos de cardioversión y desfibrilación. Compatibles con los monitores/desfibriladores Efficia DFM100 y HeartStart Intrepid.

FABRICANTE
Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc., China

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A. María de Portugal 1, 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con las palas externas Efficia, debido que pueden no ser reconocidas correctamente por los monitores/desfibriladores Efficia DFM100 o HeartStart Intrepid cuando estas se conectan al dispositivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso para distribuidores
- Nota de aviso para clientes

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 26/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q 6 D W N R T 5 8 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89