MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-039	PS/MJF/89626

PRODUCTO
Agar Mueller Hinton E.
Referencias: 413822, 413824, 413825 y 417680.

FINALIDAD PREVISTA
Medio para pruebas de susceptibilidad antimicrobiana (AST) de difusión en disco y la determinación de concentraciones inhibitorias mínimas (MIC) usando el método ETEST®.

Nºs LOTE
Ver nºs de lote afectados en el Anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
bioMérieux S.A., Francia.

DISTRIBUIDOR
bioMérieux España S. A. U; C/ Manuel Tovar, 45. 28034 Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinadas referencias y lotes del medio Agar Mueller Hinton E para la combinación *Pseudomonas aeruginosa*-Gentamicina, debido a que los resultados con ATCC 27853 *Pseudomonas aeruginosa*-Gentamicina son más pequeños de lo esperado respecto al diámetro y el MIC está sobreestimado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 30/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: S W G C B X Q D F 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89