MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-040	PS/PL/89423

PRODUCTO
EndoGuide T nº6, referencias 503110-000060 y 503100-000060.

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo flexible para la introducción y cambio de tubos endotraqueales.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en anexo 2 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Teleflex Malaysia Sdn Bdh, Malaysia.

DISTRIBUIDORES

- Fermon Indis, S.L., Av. De La Libertad, S/N, 38108 La Laguna.
- G.S.A. Gallega S.A., Av Del Ejercito 50, 15006 La Coruña.
- Almacén Ortoactiva, C/Olof Palme 7A, 03010 Alicante.
- Teleflex, C/Quito, s/n Pol., 28806 Alcalá de Henares.

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes del EndoGuide T del número 6, debido que podría desprenderse el tapón de la punta durante el uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 30/01/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D J 2 6 C 9 5 D 5 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89