MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-042	PS/AVG/89299

PRODUCTO
MEDUMAT Standard 2.
N^{os} de artículo WM 28710-01, WM 28710-02, WM 28710-03 y WM 28710-04.

FINALIDAD PREVISTA
Ventilación de emergencia y durante el transporte con funciones de control de magnitudes respiratorias.

Nº SERIE
Todos hasta el número de serie SN 19645 inclusive.

FABRICANTE
WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Hospital Hispania, S.L. Mr. Avda. Camino de lo Cortao 6, Centro Empresarial DELTA - Nave 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de software relacionadas con determinados ventiladores Medumat Standard 2 debido a que podría producirse una avería durante la autocomprobación del dispositivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.
- IFU actualizadas.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/02/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K D E 9 S 3 R 3 8 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89