MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-045	PS/PL/89758

PRODUCTO
Carescape One utilizado con el portamódulo F2-01 (con referencia 5861293).

FINALIDAD PREVISTA
Equipo para la medición de parámetros fisiológicos, vigilancia continua de procesos fisiológicos vitales en anestesia, cuidados intensivos o atención de emergencia.

FABRICANTE
GE Healthcare Finland Oy, Finlandia.

DISTRIBUIDOR
GE Healthcare, C/ Gobelas 36, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el monitor Carescape One debido a que podría desacoplarse parcialmente del portamódulo F2-01.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/02/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 5 Q 6 Y 3 S 6 8 3

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89