DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-043	PS/CMAG/89377

PRODUCTO

- Catéter balón para angioplastia transluminal percutánea (ATP) de perfil ultrabajo Advance Micro™ 14.
- Catéter de drenaje multipropósito de Ultrathane con lazo de bloqueo tipo Cook-Cope.

Ver referencias y números de pedido de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa

Nº LOTE

14110999, 14111001 (catéter balón Advance Micro 14)
NS13527160 (catéter drenaje multipropósitos)

FABRICANTE

Cook Incorporated, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR

Cook Medical Cook, Robert-Koch-Straße, 2, 52499 Baesweiler, Alemania

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados lotes del catéter balón para ATP de perfil ultrabajo Advance Micro™ 14 y del catéter de drenaje multipropósito de Ultrathane con lazo de bloqueo tipo Cook-Cope, debido a que se distribuyeron después de su retirada de la Declaración de Conformidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/02/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: A G P A T 3 Y 9 4 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89