

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2023-046 CORREGIDA	PS/AVG/89607
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none">Incubadora radiante para recién nacidos FABIE. Referencia: 4300.Cunas de cuidados para recién nacidos AMBIA. Referencia: 4356 y 4357.	
FINALIDAD PREVISTA <p>Diseñadas para mantener el equilibrio térmico de un recién nacido mediante la radiación directa de energía infrarroja.</p>	
FABRICANTE <p>Médipréma. Francia.</p>	
DISTRIBUIDOR <ul style="list-style-type: none">GALMEDICA, Parque Empresarial Pereiro de Aguiar, Vial Centro Comercial - Parcela 20A, 32900 Pereiro de Aguiar, Ourense.INSANEX S.L., Complejo empresarial MARPE, Av. de Tenerife, 2, Bloque 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid	
ASUNTO <p>Advertencias de seguridad relacionadas con la incubadora radiante para recién nacidos FABIE y determinadas cunas AMBIA, debido a que su manipulación por parte de un usuario no previsto (como el padre o la madre) debe ser supervisada por personal médico previamente formado en su uso.</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

