MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-054	PS/MAM/90192

PRODUCTO

Ensayos Atellica CH:

- LDL Cholesterol Direct. Nº de material de Siemens (SMN): 11097632. UDI: 00630414596181
- Total Protein II. Nº de material de Siemens (SMN): 11097604. UDI: 00630414596372
- Triglycerides (concentrado). Nº de material de Siemens (SMN): 11097591. UDI: 00630414596495
- Triglycerides_2. Nº de material de Siemens (SMN): 11537222. UDI: 00630414610955

FINALIDAD PREVISTA

Ensayos utilizados en el Analizador Atellica® CH 930.

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci, 15. Getafe, 28906 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados ensayos del analizador Atellica® CH 930 debido a la posibilidad de que el arrastre de los reactivos afecte a los resultados de las pruebas de magnesio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/02/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 6 9 S 4 E E F 2 F 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89