ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-055	PS/CMAG/89963

PRODUCTO
CARTO® OCTARAY™ con tecnología TRUEref™
Códigos de producto: D160901, D160902, D160903, D160904, D160905 y D160906

FINALIDAD PREVISTA
Catéter para el mapeo de arritmias cardíacas

FABRICANTE
Biosense Webster, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson MedTech. Pso. de las Doce Estrellas, 5-7. 28042 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con determinadas referencias del catéter de mapeo CARTO® OCTARAY™ debido a la posibilidad de carbonización en el catéter de mapeo tras utilizarse en combinación con catéteres de ablación por radiofrecuencia.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/02/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 3 B G Q 6 K R 7 0 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89