MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-062	PS/NA/89461

PRODUCTO
Tubos conectores de aspiración y Sets con enlace a cánulas Yankauer.
Ver nºs de código afectados en el Apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Conductos de uso manual y de un solo uso para eliminar secreciones y fluidos corporales, restos de tejido quirúrgico, fluidos de irrigación y gases que se utilizan en centros sanitarios o en atención domiciliaria y de emergencia para despejar una obstrucción.

Nº DE LOTE Y CÓDIGO
Ver nºs de lote y código afectados en el Apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Ivor Shaw Ltd t/a Pennine Healthcare, Derby, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Suministros Hospitalarios S. A. C/Tortosa 199-201 Badalona, 08918 Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de tubos conectores de aspiración y sets con enlace a cánulas Yankauer, debido a un posible fallo en el empaquetado de la barrera estéril.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/02/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C W F X 3 C K A 6 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89