DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-063	PS/CMAG/90348

PRODUCTO
Tijeras curvas monopolares del sistema de cirugía asistida por robot Hugo™ RAS.
Referencia: MRASI0001.

FINALIDAD PREVISTA
Manipulación endoscópica de tejidos mediante electrocirugía en procedimientos con el sistema HUGO RAS.

Nº SERIE
Ver en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Covidien llc, EEUU

DISTRIBUIDOR
Medtronic Ibérica, S.A; Plaça de la Pau s/n. Almeda Park, World Trade Center. Edificio 7, 3ª planta. 08940 Cornellà de LLobregat, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de serie de las tijeras curvas monopolares de RAS Hugo™ con referencia MRASI0001, debido a la posible rotura de un cable del producto durante su uso clínico.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 16/02/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: C 2 X 7 Z E B A A 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89