

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-069	REFERENCIA PS/CMAG/89629
PRODUCTO Prótesis Isaonlay™ invertida. Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Implante humeral	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Move-Up, Francia.	
DISTRIBUIDOR MBA, Edificio Silos del Intra, Av del Jardín Botánico, 1345, 33203 Gijón, Asturias	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas placas humerales de las prótesis Isaonlay™ debido a la posibilidad de revisión prematura de componentes humerales modulares de la prótesis.	
RECOMENDACIONES AEMPS La AEMPS, consultada su red de expertos en la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología, considera adecuadas las recomendaciones de la empresa.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	

