DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-075	PS/RJC/89641
PRODUCTO Set de recuperación de ovocitos 17G Wallace de un solo lumen, referencia ONS1733	
FINALIDAD PREVISTA Obtención transvaginal de ovocitos guiada por ecografía.	
Nº LOTE 619003420	
FABRICANTE CooperSurgical Inc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR CooperSurgical, 50 Corporate Drive, Trumbull, CT 06611, EEUU.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el lote 619003420 del Set de recuperación de ovocitos 17G Wallace de un solo lumen, debido a un posible fallo de succión.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/02/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: T C Q L 8 E A B B 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89