DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-076	PS/RJC/90044
PRODUCTO MCDh 1, referencia 313590-2500.	
FINALIDAD PREVISTA Fijación y tinción diferencial de las estructuras celulares antes de su examen microscópico.	
N^{os} DE LOTE L84428, L25918, K42236, L14135	
FABRICANTE RAL Diagnostics, Francia	
DISTRIBUIDOR RAL TECHNICA PARA EL LABORATORIO, S.A., Avenida Mare de Deu de Montserrat, 51, 08970 Sant Joan Despi, Barcelona, España.	
ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de MCDh 1, debido a que los colorantes pueden ser defectuosos dando lugar a una tinción inadecuada.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/02/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R G N 2 P P 7 F 2 D

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89