DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-079	PS/CMAG/90116

PRODUCTO
DELFIA® Inductor, número del producto 3027-0010
UDI: (01)06438147267521(17)2301231(10)742250 y (01)06438147267521(17)2301231(10)742250

FINALIDAD PREVISTA
Crear un quelato fluorescente de Europio o Samario para medir ensayos DELFIA fluoroinmunométricos a tiempo resuelto.

Nos DE LOTE
742762 y 742802

FABRICANTE
Wallac Oy, Finlandia

DISTRIBUIDOR
PerkinElmer España S.L. Ronda de Poniente, nº19. CP 28760 Tres Cantos (Madrid)

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con los lotes 742762 y 742802 del producto DELFIA® Inductor, debido a la posibilidad de que se obtengan resultados falsos positivos, falsos negativos y/o equívocos cuando a se usa en ensayos DELFIA Xpress.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/02/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D X L A 3 E X 3 8 C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89