MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2023-086 | PS/PRV/90384 |

**PRODUCTO**
Kit de medios de vitrificación SAGE . Referencia ART-8026

**FINALIDAD PREVISTA**
Medio destinado a la vitrificación y contención de ovocitos y embriones humanos (cigotos pronucleares hasta embriones en etapa de escisión del tercer día y embriones en fase de blastocisto) en procedimientos de tecnología de reproducción asistida.

**Nº LOTE**
211112-002333

**FABRICANTE**
CooperSurgical, EEUU.

**DISTRIBUIDOR**
CooperSurgical, 50 Corporate Drive, Trumbull, CT 06611, EEUU.

**ASUNTO**
Cese de utilización y retirada del mercado del lote 211112-002333 del kit de medios de vitrificación SAGE, debido a que puede contener viales con solución de equilibrio etiquetados como solución de vitrificación.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 22/02/2023**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: W E T 9 F B L 9 B B**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89