MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2023-084 | PS/PF/90354 |

**PRODUCTO**
Kit DiaSource Chromogranin A RIA, referencia KIPERB321.

**FINALIDAD PREVISTA**
Radioinmunoensayo para la medición cuantitativa in vitro de la cromogranina A en suero o plasma humano.

**Nºs DE LOTE**
222904, 222904/A, 222904/B, 222904/C, 223705, 224506, 224506/A, 230107, 230107/A

**FABRICANTE**
DiaSource ImmunoAssays S.A., Bélgica.

**DISTRIBUIDOR**
DiaSource ImmunoAssays S.A., Rue du Bosquet 2, 1348 Louvain-La-Neuve, Bélgica.

**ASUNTO**
Cese de utilización de determinados lotes del Kit DiaSource Chromogranin A RIA, referencia KIPERB321, debido a la posibilidad de sobreestimación en los resultados obtenidos.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Nota de aviso empresa

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 22/02/2023**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: V K D 9 T V L B 5 6**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89