

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSIFICADO**

Nº DE ALERTA: 2023-080	REFERENCIA PS/VCG/MCC/5675
PRODUCTO Instrumentos quirúrgicos (clase IIa), sistemas de endoscopia y accesorios, instrumentos y accesorios para electrobisturíes, cánulas traqueales, implantes para ortopedia, clips para aneurisma (clase III), insufladores de CO2 y trocares desechables estériles.	
FABRICANTE AMNOTEK International Medical GmbH, take-off GewerbePark 11, Neuhausen ob Eck, Baden-Württemberg, 78579, Alemania.	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falsificado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falsificado: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierung Medizinprodukte (0123)• Número de certificado: 0123/HT 09 08 55978 331• Fabricante: AMNOTEK International Medical GmbH, take-off GewerbePark 11, Neuhausen ob Eck, Baden-Württemberg, 78579, Alemania• Producto: Instrumentos quirúrgicos (clase IIa), sistemas de endoscopia y accesorios, instrumentos y accesorios para electrobisturíes, cánulas traqueales, implantes para ortopedia, clips para aneurisma (clase III), insufladores de CO2 y trocares desechables estériles• Fecha de emisión: 14 de marzo de 2019• Fecha de caducidad: 13 de septiembre de 2022 La información incluida en el certificado falsificado aparece en español.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 10/2023• Certificado de marcado CE falsificado.	

