MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-089	PS/AVG/90561

PRODUCTO
Solución de tinción Giemsa ADVIA Autoslide. Número de material de Siemens (SMN): 10718483. UDI: 00630414594965L6122520231217.

FINALIDAD PREVISTA
Para la tinción diferencial de sangre, médula ósea y frotis de fluidos corporales en el Sistema de hematología ADVIA® 2120/2120i con el extensor-teñidor ADVIA Autoslide.

Nº LOTE
L61225.

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., calle Mahonia, 2, 4ª Planta, Edificio Pórtico, 28043, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización del lote L61225 de la solución de tinción Giemsa ADVIA Autoslide debido a que contiene una solución de tinción incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/02/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: E L 7 B 9 G L 5 E E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89