MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-102	PS/AVG/90880
PRODUCTO Ventilador HAMILTON-C6, referencia CER 101091.	
FINALIDAD PREVISTA Proporciona ventilación para pacientes adultos, pediátricos y neonatos.	
VERSIÓN DE SOTFWARE Ver en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Hamilton Medical AG, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx S.L, Av. de San Pablo, 28, 28823 Coslada, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones de software de los ventiladores Hamilton-C6, debido a que, en determinadas circunstancias, se podría activar el modo de ventilación de seguridad o producirse un reinicio de la pantalla.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 02/03/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D T 5 Q T 6 Q E D 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89