MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-105	PS/PRV/90301

PRODUCTO
Kit MicroVue™ C1-Inhibitor Plus EIA. Referencia: A037

FINALIDAD PREVISTA
Inmunoensayo enzimático para determinar la cantidad de proteínas del tipo inhibidor de C1 funcional en el plasma o suero humano.

Nº LOTE
213783

FABRICANTE
Quidel Corporation, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Palex Medical, S.A., Jesús Serra Santamans, 5, 08174 Sant Cugat del Vallès. Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 213783 de los kits MicroVue™ C1-Inhibitor Plus EIA que contienen tiras recubiertas con número de id de 2200 o superiores, debido a que poseen un recubrimiento de placa no uniforme.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 03/03/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R Y 2 K 4 2 5 5 3 9

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89