MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-111	PS/MJF/90725

PRODUCTO
Esterilizadores AMSCO 600 EMEA, distribuidos entre el 18 de diciembre de 2018 y el 8 de diciembre de 2022.

FINALIDAD PREVISTA
Esterilización por prevacío y vapor húmedo de productos sanitarios estables en condiciones de calor y de humedad y sus accesorios en instalaciones de asistencia sanitaria.

FABRICANTE
STERIS Finn-Aqua, Finlandia

DISTRIBUIDOR
STERIS Iberia S.A.U; C/ Caléndula 93. 28109 Alcobendas, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados esterilizadores AMSCO 600 EMEA, debido a que la puerta de la cámara del esterilizador podría caerse repentinamente mientras se realizan tareas de mantenimiento en la unidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 08/03/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J T X N L G C A 2 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89