MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-113	PS/PRV/90904

PRODUCTO
Prótesis inflable de pene Titan, fabricadas entre el 17 de septiembre y el 2 de diciembre de 2022.
Ver productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Coloplast A/S, Dinamarca

DISTRIBUIDOR
Coloplast Productos Médicos, S.A. Condesa de Venadito, 3, 4º Planta. 28027, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado y advertencias de seguridad relacionadas con determinadas prótesis de pene Titan, debido a que contienen bombas Titan Touch con un grosor de pared menor al especificado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 08/03/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 2 B K F S E 4 2 5 E

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89