MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-123	PS/PL/91072

PRODUCTO

Instrumentos electroquirúrgicos:

- Caiman Maryland no articulado, modelos PL770SU, PL774SU, PL775SU.
- Caiman Maryland articulado modelo PL771SU

FINALIDAD PREVISTA

Sistema para sujetar, diseccionar, sellar y cortar tejidos durante los procedimientos quirúrgicos laparoscópicos y abiertos.

Nº LOTE

ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Aesculap AG, Alemania.

DISTRIBUIDORES

- B. Braun Surgical, SA. Carretera de Terrasa, 121, 08191 Rubí, Barcelona.
- Surgimedic, Parque Empresarial Aguil Parcela 21, 33010 Colloto, Asturias.
- Implantes y Tecnologia Medica SL, Cl Jose Mª Millares Sall Local 3, 35219 Telde, Canarias.

ASUNTO

Retirada del mercado y cese de utilización de determinados instrumentos electroquirúrgicos Caiman Maryland debido a la posibilidad de caída del muelle de la carcasa de la mandíbula.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/03/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: P X 7 F R D X 1 E B

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89