MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA:**
2023-122	PS/PL/91123

PRODUCTO
Jeringa Luer Lock Qitexio de 20 ml. Referencia QIT003.

FINALIDAD PREVISTA
Inyección manual de líquidos en el cuerpo durante procedimientos en los que se utilice el medicamento Lipiodol Ultra-Fluid.

Nº LOTE
TC2019-2

FABRICANTE
Medex, Francia.

DISTRIBUIDOR
Laboratorios Farmacéuticos Guerbet, S.A., Pº de la Castellana, 91, 3ª planta, 28046 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el lote TC2019-2 de las Jeringas Luer Lock Qitexio de 20 ml, debido a un posible problema en la integridad del acondicionamiento primario, por lo que no se puede garantizar la esterilidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 15/03/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 X V 8 L 3 7 0 5 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89