MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2023-124 | PS/MTM/90565 |

**PRODUCTO**
Monitor Tempus Pro.
Números de referencia: 00-1004, 00-1004-R, 00-1007, 00-1007-R, 00-1024-R y 00-1026-R.

**FINALIDAD PREVISTA**
Monitor de constantes vitales portátil diseñado para ser utilizado por médicos y personal sanitario cualificado, para la monitorización con o sin supervisión de una o más constantes vitales en el uso clínico y prehospitalario.

**FABRICANTE**
Remote Diagnostic Technologies Ltd., Reino Unido.

**DISTRIBUIDOR**
Philips Ibérica, S.A. C/ María de Portugal 1, 28050, Madrid,

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de referencia del monitor Tempus Pro, debido al incumplimiento normativo relativo a la entrada de líquidos y a problemas básicos de seguridad con el monitor, la fuente de alimentación de corriente alterna y el adaptador para vehículos.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa para distribuidores
- Nota de aviso empresa para centros

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 15/03/2023**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: E J Z X V W N B A 0**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89