MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-140	PS/MTM/91009

PRODUCTO
Aguja con punta ajustable injeTAK®, modelos DIS199 y DIS201

FINALIDAD PREVISTA
Administración de medicamentos en tejidos o estructuras durante los procedimientos cistoscópicos.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en las tablas 1 y 2 de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Laborie Medical Technologies Corp., EE.UU.

DISTRIBUIDOR
Palex Medical S.A. C/ Jesús Serra Santamans, 5, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas agujas con punta ajustable injeTAK®, debido a posibles daños en el embalaje que podrían comprometer la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 27/03/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y 4 4 8 W Y P 4 3 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89