ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-145	PS/MAM/91002

PRODUCTO

Tetón glenoideo de hombro:

- TT SR mediano Código de producto: 1375.14.652
- TT SR largo Código de producto: 1375.14.653
- TT SR extralargo Código de producto: 1375.14.654

FINALIDAD PREVISTA

Prótesis articular de hombro total, primario o de revisión, que se utilizan en configuraciones de hombro anatómicas o invertidas.

FABRICANTE

Limacorporate S.p.A. Italia.

DISTRIBUIDOR

LIMA Implantes S.L.U. C/ Francisco Sancha 4 3ª planta. 28034, Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con determinados modelos de de tetón glenoideo de hombro TT, debido a una posible confusión de la información sobre la compatibilidad con la placa base SMR TT Augmented 360.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/03/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K 4 6 D 6 K L 6 4 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89