MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-143	PS/MJF/91502

PRODUCTO

Pinzas y pinzas de biopsia flexibles:

- PINZA DE AGARRE FLEX 5FR LU 550MM. Referencia 828051
- PINZA DE AGARRE FLEX 5FR LU 550MM. Referencia 8735685
- PINZA FLEX PE 5FR LU 550MM. Referencia 829051
- PINZA DE AGARRE FLEX 6,6FR LU 550MM. Referencia 8736685

FINALIDAD PREVISTA

Agarrar, manipular, así como disecar y extraer muestras de tejido, órganos o cuerpos extraños a través de abordajes naturales o practicados quirúrgicamente.

Nº LOTE

Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Richard Wolf GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Palex Medical, S.A; C/Jesús Serra Santamans, 5. 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y lotes de pinzas y pinzas de biopsia flexibles Flex, debido a que, en determinadas circunstancias, podrían no abrirse durante su uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 28/03/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y 8 5 Z W 7 W E 7 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89