DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-151	PS/RJC/91814

PRODUCTO

Sistemas y tubos de ventilación:

- Dräger Seattle PAP plus
- Sistemas de respiración desechables Dräger Neo
- Sistemas de respiración desechables Dräger pediatría
- Tubos de ventilación Dräger Coax
- Set2Go & Pack 2Go

Ver productos afectados en nota de aviso de la empresa

FABRICANTE

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Dräger Hispania, SAU, C/ Xaudaró, 5, 28034 Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización y retirada del mercado de determinados circuitos respiratorios fabricados por Drägerwerk, debido a una posible separación de los componentes de los tubos respiratorios pudiendo afectar a la ventilación del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 29/03/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Q A W A 5 B L 1 B C

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89