MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-154	PS/CMAG/91713
PRODUCTO Placa lumbar lateral JULIET Ti-Life. Referencias: ver en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Procedimientos de fusión de cuerpos intervertebrales.	
FABRICANTE Spineart SA, Suiza	
DISTRIBUIDOR SPINEART ESPAÑA S.L.U. Ronda Isaac Peral y Caballero, 14. Oficina 2 y 3. 46980 Paterna, Valencia	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas placas lumbares laterales JULIET ti-life, debido a un posible desmontaje de las placas durante su utilización	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 31/03/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y 3 T C 3 2 N E C 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89