MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-160	PS/CMAG/91322

PRODUCTO
Sistema de automatización de laboratorio Accelerator a3600
Ver módulos y versiones de hardware afectados en la nota de aviso de la empresa

VERSION SOFTWARE
Ver versiones de firmware afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
Inpeco SA, Suiza

DISTRIBUIDOR
Abbott GmbH. Max-Planck-Ring 2. 65205 Wiesbaden, Alemania.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el sistema Accelerator a3600, debido a la posibilidad de que se asocien incorrectamente las identificaciones de las muestras

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Cover letter de Abbott
- Anexo A Abbott Cover letter

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 31/03/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Y T 9 2 E R L C 2 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89