

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-164	REFERENCIA PS/PL/91825
PRODUCTO Sistema de radiología móvil Samsung modelo GM85 UDI-DI: 8806090DGRGM001XK	
FABRICANTE Samsung Electronics Co., Limited, Corea del Sur.	
DISTRIBUIDORES <ul style="list-style-type: none">• APR Salud, Edificio Europa III, C/ San Rafael 1, 2ªA 28108 Alcobendas, Madrid• Palex Medical, S.A, C/ Jesús Serra Santamans 5, 08174 Sant Cugat del Valles	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema de radiología Samsung modelo GM85 debido a un posible fallo con el pestillo del brazo de la columna.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	

