MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-166	PS/MAM/91323

PRODUCTO
Sistema de automatización de laboratorio Flexlab.
Ver módulos y versiones de hardware afectados en la nota de aviso de la empresa.

VERSION SOFTWARE
Ver versiones de firmware afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Inpeco SA, Suiza

DISTRIBUIDOR
Abbott GmbH. Max-Planck-Ring 2. 65205 Wiesbaden, Alemania.
Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema Flexlab, debido a la posibilidad de que se asocien incorrectamente las identificaciones de las muestras.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Cover letter de Abbott
- Anexo 1 Cover letter de Abbott

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 05/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 7 4 A E Y S 6 5 4 F

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89