DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-168	PS/MJF/91985

PRODUCTO
Sistema de guías para la captura de émbolos ANGIOGUARD™ RX/XP.
Ver productos afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa

FINALIDAD PREVISTA
Guía y sistema de protección embólica para contener y eliminar el material embólico al realizar una angioplastia de la arteria carótida y procedimientos de colocación de stent en dicha arteria.

FABRICANTE
Cordis Corporation, EEUU

DISTRIBUIDOR
Cordis Medical Spain S.L; Avenida General Perón 29, planta 16. 28020 Madrid

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinados sistemas de guías para la captura de émbolos ANGIOGUARD™ RX/XP, debido a dificultades para desprender o separar la vaina, o para capturar la vaina de separación y para salir de la conexión RX de la guía durante el uso del dispositivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: Z A 9 G L D R 2 C A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89