DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-169	PS/JMP/92162

PRODUCTO
Kits de válvula hemostática WATCHDOG
Ver números de material y números de lote de los productos afectados en la nota de aviso.

FINALIDAD PREVISTA
Reducir la pérdida de sangre y facilitar las inyecciones de alta presión durante los procedimientos de diagnóstico o intervención

FABRICANTE
Boston Scientific Corporation, EEUU

DISTRIBUIDOR
Boston Scientific Ibérica, SA, Parque Puerta de las Naciones, C/ Ribera del Loira, 46 – Edificio 2, Madrid

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de los kits de válvula hemostática WATCHDOG, debido a una posible oclusión de la herramienta de inserción que hace imposible el paso de una guía.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 11/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: D Y 6 9 P D Y 5 9 A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89