

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>  2023-176	<b>REFERENCIAS</b>  PS/PRV/92171- PS/PRV/92172
<b>PRODUCTOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dentasept SH Pro Wipes , referencia: 2477655EC (6 x 100 toallitas)</li> <li>Wip'Anios Excel , referencia: 2446655Y7 (6 x 100 toallitas)</li> </ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Toallitas desinfectantes para dispositivos médicos invasivos	
<b>Nº LOTE</b> E35011S (Dentasept SH Pro Wipes) E33414S (Wip'Anios Excel)	
<b>FABRICANTES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>D.M.D, Francia (Dentasept SH Pro Wipes)</li> <li>Laboratoires Anios, Francia (Wip'Anios Excel)</li> </ul>	
<b>DISTRIBUIDORES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proclinic S.A, Passeig De La Zona Franca, 111, 08038, Barcelona (Dentasept SH Pro Wipes)</li> <li>INIBSA HOSPITAL S.L.U., Carretera de Sabadell-Granollers Km 14,5. 08185, Lliçà de Vall - Barcelona (Wip'Anios Excel)</li> </ul>	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización del lote E35011S de las toallitas desinfectantes Dentasept SH Pro Wipes y del lote E33414S del Wip'Anios Excel, debido a una posible contaminación con Achromobacter sp.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	

