MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-179	PS/PF/92309

PRODUCTO
Kit de ensayo Dihydrotestosterone ELISA, ref. EQ 6152-9601-1.

FINALIDAD PREVISTA
Determinación cuantitativa de dihidrotestosterona en suero humano.

Nº LOTE
E221222BE

FABRICANTE
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
EUROIMMUN Diagnostics España S.L.U., Avda. Somosierra, 22 - Nave 15-16ª, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización del lote E221222BE del kit de ensayo Dihydrotestosterone ELISA, ref. EQ 6152-9601-1, debido a la posibilidad de que las señales de medición de los calibradores den valores fuera de los rangos de referencia aceptables.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 13/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: K T C L 6 W Y 9 8 8

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89