MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-180	PS/NA/91687
PRODUCTO Plum 360, Plum A+ y Plum A+3, con baterías de CSB fabricadas antes de enero de 2023.	
FINALIDAD PREVISTA Bombas de infusión para tratamientos parenterales, enterales y epidurales así como la administración de sangre y hemoderivados.	
Nº LOTE y Nº DE MATERIAL Ver nos de lote y de material afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE ICU Medical Inc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Av. de la Transición Española, 24, 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas baterías de las bombas de infusión Plum 360, Plum A+ y Plum A+3, debido a una posible pérdida prematura de capacidad en su ciclo de vida.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 14/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J F B K X X 7 C 7 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89