MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-183	PS/MTM/91710

PRODUCTO
Sistema Spectral CT 7500
Identificador de dispositivo 00884838101111
Código de producto 728333

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de rayos X para tomografía computarizada.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland B.V., Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U., Calle María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas Spectral CT 7500 debido a la posibilidad de que al pulsar el pedal de descarga del interruptor de pedal multifunción, el pie del operador se quede atrapado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 4 F E K B Q 8 D 9 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89