MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-185	PS/MTM/91234
PRODUCTO Kit MANI Trocar: Trocar S y Cánula de infusión	
FINALIDAD PREVISTA Se utiliza para inyectar solución de perfusión o aspirar fluidos intraoculares durante la cirugía ocular.	
Nº LOTE Ver referencias y lotes afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE MANI, Inc. Japón.	
DISTRIBUIDOR W. M. BLOSS, S.A. Concilio de Trento, 37-39, 08018 Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del kit MANI Trocar debido a la posibilidad de que el embalaje esté dañado, lo que podría comprometer la esterilidad del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa • Listado de lotes afectados	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 9 L 7 K 8 8 E E 5 7

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89