MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-184	PS/AVG/92200
PRODUCTO Jeringa de 3 dosis. Modelos 3DG125 y 3DO100.	
Nº LOTE 22A178B, 22F018B, 22L128B, 22B218B.	
FABRICANTE Bimed Teknik Aletler AŞ, Turquía.	
DISTRIBUIDOR Laboratorios Galderma, S.A. Centro Empresarial Parque Norte, C/ Serrano Galvache 56 Edificio Abedul, 5ª planta 28033 Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes de la jeringa de 3 dosis, debido a que en el etiquetado se ha incluido el marcado CE incorrectamente, ya que el certificado CE se encuentra caducado	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: X 5 Q 8 R N X 1 9 5

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89