MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-182	PS/MAM/92049
PRODUCTO corpuls3	
FINALIDAD PREVISTA Monitorización de parámetros vitales y desfibrilación	
VERSION SOFTWARE Ver en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH. Alemania.	
DISTRIBUIDOR Hospital Hispania, S.L. Avenida de camino de lo cortao, 6, NAV 3 CENT, CP 28703, San Sebastián de los Reyes. Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones de software del monitor/ desfibrilador portátil Corpuls3, debido a que en determinadas circunstancias podría fallar la operatividad de la función de desfibrilación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 17/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R Y 6 Z 2 3 T 6 0 2

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89