

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-186	<b>REFERENCIA</b> PS/AVG/92310
<b>PRODUCTO</b> Kit de controles A1AT (referencia 4771).	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Para el control de la migración del patrón de las isoformas de la Alfa-1-antitripsina humana obtenido con el procedimiento de isoelectroenfoque HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING.	
<b>Nº LOTE</b> 28022/01 y 28022/02.	
<b>FABRICANTE</b> SEBIA, Francia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> SEBIA Hispania S.A., Avenida Diagonal, 605, local 2, 1ª planta, 08028 Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización o retirada del mercado de los lotes 28022/01 y 28022/02 de los controles A1AT debido a un error en el etiquetado de los dos viales de controles patológicos MS y MZ.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	

