DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-187	PS/RJC/92554

PRODUCTO
BD Phoenix™ NMIC-402, referencia 448874

FINALIDAD PREVISTA
Prueba de sensibilidad de la mayoría de las bacterias aerobias y de las bacterias anaerobias facultativas gramnegativas de origen humano con determinados antibióticos.

N^{os} LOTE
2116363 y 2158342

FABRICANTE
Becton, Dickinson and Company, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson, S.A., Camino de Valdeoliva, s/n, 28750, San Agustín del Guadalix, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de lote de la prueba BD Phoenix™ NMIC-402 debido a la posibilidad de un aumento erróneo de los valores de concentración mínima inhibitoria (CIM) al realizar pruebas de susceptibilidad antibiótica (AST) frente a la tigeciclina.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 18/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 5 V R J J Z E 7 7 6

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89