MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-196	PS/CH/92709

PRODUCTO
Jeringa Injectomat 50 ml LL C/Cánula, código de producto M93000000
Jeringa Injectomat 50 ml LL S/Cánula, código de producto M93000010
Jeringa Injectomat 50 ml LL Opaca C/Cánula, código de producto M93000020

N^{os} DE LOTE
32311382, 32414362, 32344702

FABRICANTE
Fresenius Kabi AG-Alemania.

DISTRIBUIDOR
Fresenius Kabi España, S.A.U. es Torre Mapfre - Vila Olímpica, Marina, 16 – 18, 08005 – Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados códigos de producto y lotes de las jeringas Injectomat 50 ml, debido a alteraciones en la impresión de la escala en las jeringas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: B X 6 P E R 3 C B A

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89