DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-195	PS/CMAG/92625

PRODUCTO
Monitor fetal Team 3
UDI 5060693520389WY
Ver listado de productos afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.

VERSION SOFTWARE
Inferiores a la versión 19.4

FABRICANTE
Huntleigh Healthcare, Gran Bretaña.

DISTRIBUIDOR
ARJO IBERIA S.L. Poligono Can Salvatella. C/ Cabanyes 1-7. 08210 Barberà del Valles. Barcelona

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados monitores fetales Team 3, debido a la posibilidad de fallo del software que se manifiesta con la congelación de la pantalla táctil del dispositivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 20/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: 8 G E 4 L C 6 3 6 1

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89