MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-201	PS/MTM/91986

PRODUCTO
Lavadora/Desinfectadora Multicámara Reliance® Vision
UDI 00724995193164

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
STERIS Canada ULC, Canadá.

DISTRIBUIDOR
STERIS IBERIA S.A., Caléndula 93, 28109 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con las lavadoras/desinfectadoras Multicámara Reliance® Vision, debido a la posibilidad de un mal funcionamiento del componente del contacto eléctrico presente en la cámara de secado, que podría provocar un sobrecalentamiento de los elementos calefactores.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 21/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: R 6 W F D T G E 6 0

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89