MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2023-202	PS/MTM/92297

PRODUCTO
Catéter IV Jelco® Optiva® 24G X 19mm
Referencia 5063-AI

Nº LOTE
4331853

FABRICANTE
Smiths Medical, EE.UU.

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical España, SRL., Avenida Diagonal, 635, 08028, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado del lote 4331853 del catéter IV Jelco® Optiva® 24G X 19mm, debido a posibles fugas en el punto de inserción por un defecto de fabricación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
Fecha de la firma: 24/04/2023
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es
CSV: J 5 4 R V 9 F 4 A 4

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89